

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**APLISENS S.A.****Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej
i Elementów Automatyki****ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa****Deklarujemy że poniższe wyroby w wykonaniu Ex:****przetworniki ciśnienia typu PC-70****są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE:**

- **89/336/WE - dyrektywa EMC**
- **94/9/WE - dyrektywa ATEX**

W zakresie dyrektywy ATEX wyroby uzyskały certyfikat (badania typu WE) **FTZÚ Nr 05 ATEX 0070X** wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr 1026 Fizyczno-Techniczny Instytut Doświadczalny, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice.

zastosowano normy zharmonizowane:

- **PN-EN 61326-1:2006**
- **PN-EN 50284:2002(U)**
- **PN-EN 50014:2002(U)**
- **PN-EN 50303:2002(U)**
- **PN-EN 50020:2003(U)**
- **PN-EN 60079-0:2006**

Wyroby w wykonaniu Ex oznaczone są: numerem certyfikatu oraz numerem jednostki notyfikowanej, nadzorującej produkcję, 1453 obok znaku CE.

Wyroby posiadają oznaczenie:**II 1/2G Ex ia IIB T5****Warszawa 1.10.2008****Adam Żurawski
Prezes Zarządu**