



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOSCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH**

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel. (48-22) 54-21-314 • Fax: centrala (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY**

HŻ/D/2475/2/2010

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, nie
stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the bellow named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose

- Wyrób/Product:**
1. Przetworniki ciśnienia typy: PC-28, PC-50, APC-2000 i różnice ciśnień typy: PR-28, PR-50, APR-2000 z przyłączem manometrycznym typu M, P, z membraną czołową
 2. Separatory kołnierzowe typy: DN 50 PN 40, DN 80 PN 40, DN 100 PN 40, A109; bezkołnierzowe, z przyłączem typu: Clamp, śrubowym wg normy DIN 11851 oraz śrubowym wg normy SMS 3008, przeznaczone do współpracy z przetwornikami ciśnienia i manometrami

Zawierający/Containing: stale kwasoodporne w gat.: 00H17N14M2 (316 wg AISI), 0H18N9 (304 wg AISI) oraz PTFE, EPDM, silikon lub kopolimer Perbunan (uszczelki)

Przeznaczony do/Destined for: pomiaru ciśnienia lub poziomu wody pitnej oraz mediów w przemyśle spożywczym

Wytwórca /Manufacturer: APLISENS S.A. Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej i Elementów Automatyki
03-192 Warszawa, ul. Morełowa 7

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
APLISENS S.A. Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej i Elementów Automatyki
03-192 Warszawa, ul. Morełowa 7

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2010-07-27

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2013-04-30

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK ZAKŁADU
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku


doc. dr hab. Kazimierz Karłowski